

Balesetmegelőzési rendszabályok és laborrend

- A laboratóriumokban csak az dolgozhat, aki a laboratóriumi szabályzatot ismeri, tűzvédelmi és balesetelhárítási oktatásban részesült és annak betartására írásban kötelezte magát.
- A laboratóriumokban tilos minden olyan magatartás (fegyelmetlenség, futkosás, játék stb.), amely zavarja a biztonságos munkavégzést.
- A hallgató köteles a rábízott műszereket, berendezéseket rendeltetésszerűen, a munkavédelmi követelményeknek megfelelően használni.
- A hallgató a munka közben elszenvedett legkisebb sérülést, rosszulletet köteles a mérésvezetőnek azonnal jelenteni.
- Minden hallgatónak ügyelnie kell társai és saját maga biztonságára és testi épségére.
- Mindenkinek ismernie kell a laboratóriumi áramtalanító kapcsoló helyét, amellyel a laboratórium feszültségmentesíthető. Áramütéses baleset vagy tűz esetén a laboratórium azonnali feszültségmentesítése minden jelenlévő kötelessége. Egyéb esetben a főkapcsolót csak a mérésvezető kapcsolhatja.
- Áramütés esetén az áramütést okozó készüléket és a hozzá tartozó mérőhelyet azonnal ki kell kapcsolni, és a laboratóriumot is áramtalanítani kell. Az esetet jelenteni kell akkor is, ha az áramütés nem okozott azonnal észrevehető egészségkárosodást. Szükség esetén elsősegélyt kell nyújtani, és ki kell hívni a mentőket (tel.: 104, vagy egyetemi rendelő: 1104).
- A 230 V-os hálózathoz csak szabványos csatlakozójú, sérülésmentes vezetékű kábelrel szabad csatlakozni. Egypólusú („banándugós”) vezeték csatlakozó aljzatba dugaszolni szigorúan tilos! Sérült hálózati vezeték azonnal meg kell mutatni, ill. át kell adni a mérésvezetőnek. Hálózati csatlakozót és kábelt hallgató nem javíthat.
- Az esetleg földön fekvő hálózati kábelre rálépni tilos.
- Csatlakozókat és vezetékeket egyidejűleg csak egy kézzel, azok szigetelt részein fogjuk meg. Csatlakozót a vezetéknel fogva nem szabad kihúzni.
- Feszültségforrásokhoz (tápegység, generátor) csak olyan vezetékekkel csatlakozhatunk, amelyeknek a másik végét előzőleg már csatlakoztattuk a megfelelő egységhez.
- Minden újonnan összeállított kapcsolást először ellenőrizni kell, a gerjesztőjeleket ill. a tápfeszültséget csak ezután szabad az összeállításhoz kapcsolni. Az összeállított kapcsoláson bármilyen átalakítást csak feszültségmentes állapotban szabad végezni.
- Műszerek, berendezések mozgatását megelőzően a hálózati csatlakozó vezetékeket bontani kell.
- Forrasztópáka használatkor ügyeljen arra, hogy az eszköz forró részéhez senki ne érhesen hozzá. Különösen ügyeljen arra, hogy a páka ne kerüljön hálózati vezeték közelébe.
- A laboratóriumi bejáratot, menekülési utakat, a laboratóriumi feszültségmentesítő vész-, ill. főkapcsolóhoz vezető utat, valamint a tűzoltó készülékhez vezető utat szabadon kell hagyni. Tilos ezeket eltorlaszolni (pl. műszerkocsival, táskával, kabáttal stb.).
- Mérések közben a készülékek váratlan, furcsa viselkedését, vagy egyértelmű meghibásodását a mérésvezetőnek azonnal jelezni kell.
- Hibás műszert, berendezést szétszedni, javítani, ütügetni szigorúan tilos.
- A hallgató a munkaasztalra, és annak közvetlen közelébe csak a méréshez feltétlenül szükséges segédeszközöket teheti.
- A laboratóriumokban étkezni tilos!
- A laboratóriumban tilos a dohányzás és a nyílt láng használata. A laboratóriumba gyúlékony anyagot bevinni tilos.
- Tűz esetén a mérésvezető utasításai szerint kell eljárni. A mérésvezető távollétében elvégzendő feladatok:
 1. feszültségmentesítés, a tűz oltásának megkezdése a megfelelő eszközzel (embert nem-műanyag ruhaneműbe, szőnyegbe, ill. egyéb szövetbe csavarva kell oltani, készülékkel általában nem szabad).
 2. tűzoltók értesítése (városi tűzoltók: 105, egyetemi tűzoltók: 1105 vagy 2990). Jelenteni kell a káreset pontos helyét és a jelzés helyének telefonszámát, továbbá azt, hogy mi ég, mi van veszélyben és van-e életveszély.
 3. értesíteni kell az épület tűzvédelmi megbízottját.
- A számítógépes hálózatot (Internetet) csak a laboratóriumi gyakorlatnak megfelelő célra szabad használni. Különösen szigorúan tilos a szerzői jogokat sértő letöltéseket végezni, fájlcsereket használni.
- A laboratóriumi rendszabályok megsértése fegyelmi eljárást von maga után. A szándékos rongálásból, vagy gondatlanságból eredő anyagi kárt meg kell téríteni. Súlyosabb mulasztás büntető eljárást is maga után vonhat.